

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Термометры сопротивления ТС и ТСП

#### Назначение средства измерений

Термометры сопротивления ТС и ТСП (далее - термометры) предназначены для измерений температуры жидких, газообразных сред и твердых тел в различных отраслях промышленности.

#### Описание средства измерений

Принцип действия термометров сопротивления основан на свойстве платины (меди) изменять электрическое сопротивление с изменением температуры. Основной частью термометра является чувствительный элемент из платиновой или медной проволоки. Чувствительный элемент помещен в защитный корпус из нержавеющей стали и соединяется при помощи выводов с герметичной клеммной головкой, закрепленной на защитном корпусе, или же выводные проводники выведены через уплотнение в наружной части защитного корпуса. Термометры сопротивления ТС предназначены для измерений температуры жидких, газообразных сред и твердых тел в различных отраслях промышленности. Термометры сопротивления ТСП предназначены для измерений температуры узлов и агрегатов судов, например: подшипников, корпусов силовых приводов, смазочного масла, продувочного воздуха, охлаждающей жидкости, топлива, забортной воды, воздуха в судовых помещениях и холодильных камерах и др.

Термометры сопротивления имеют 31 модификацию отличающиеся конструктивным оформлением, номинальной статической характеристикой, диапазоном измеряемой температуры и условиями эксплуатации.



Рисунок 1 - Виды термометров

#### Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики		
	ТС711А, ТСП711А (ТС711В, ТСП711В)	ТС713А, ТСП713А (ТС713В, ТСП713В)	ТС716А, ТСП716А (ТС716В, ТСП716В)
Модификации	2	3	4
1	2	3	4
Диапазон измерений температуры, °С*	от - 50 до + 120; от - 50 до + 150; (от - 50 до + 130); от - 50 до + 150)	от - 50 до +120; от - 50 до 140; от - 50 до +150; (от - 50 до +200); от - 50 до + 300; от - 50 до + 350; от - 50 до + 500)	от - 70 до + 500; (от - 70 до + 200); от - 70 до + 300; от - 70 до +500; от - 100 до + 500)
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	Pt 100, Pt 500, Pt 1000, 50П, 100П, 50М, 100М		

1	2	3	4
Номинальное сопротивление термометров при 0 °С, Ом	50, 100, 500, 1000		
Температурный коэффициент сопротивления $\alpha$ , °С <sup>-1</sup> для Pt 100, Pt 500, Pt 1000 для 50П, 100П для 50М, 100М	0,00385 0,00391 0,00428		
Класс допуска	В, С		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С класс В класс С	$\pm(0,3 + 0,005 \cdot  t )$ $\pm(0,6 + 0,01 \cdot  t )$		
Рекомендуемый измерительный ток, мА для термометров с сопротивлением при 0 °С: 50 Ом, 100 Ом 500 Ом, 1000 Ом	1 0,3		
Время термической реакции $t_{0,5}$ , с (в воде 0,5 м/с) ТС ТСР	20 50		
Схема внутренних соединений	2-х, 3-х, 4-х проводная		
Степень защиты от воды и пыли ТС ТСР	IPX5 IP67		
Габаритные размеры, мм, не более - длина погружаемой части - диаметр погружаемой части	50; 100; 150; 200; 250  6	60; 80; 100; 150; 200; 250  6	30; 60; 80; 100; 150; 200; 250  6
Масса, кг, не более	0,6		
Материал защитной арматуры	12X18Н10Е		
Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	от - 40 до + 70 ( для ТС); от - 50 до + 85 ( для ТСР)  0 - 100		
Средний срок службы, лет, не менее	7		

Примечание:\*Диапазон измерений термометров с НСХ 50М, 100М - от минус 50 до 200 °С.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение характеристики			
Модификации	ТС718, ТСР718	ТС719, ТСР719	ТС723А, ТСР723А (ТС723В, ТСР723В)	ТС726А, ТСР726А (ТС726В, ТСР726В)
1	2	3	4	5
Диапазон измерений температуры, °С*	от - 50 до + 120; от - 50 до + 150	от - 70 до +200; от - 70 до + 300; от - 70 до + 500; от - 100 до + 500	от - 50 до + 200	от - 50 до + 200; от - 70 до + 500; от - 100 до + 500
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	Pt 100, Pt 500, Pt 1000, 50П, 100П, 50М, 100М			
Номинальное сопротивление термометров при 0 °С, Ом	50, 100, 500, 1000			
Температурный коэффициент сопротивления $\alpha$ , °С <sup>-1</sup> для Pt100, Pt500, P 1000 для 50П, 100П для 50М, 100М	0,00385 0,00391 0,00428			
Класс допуска	В, С			
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С класс В класс С	$\pm(0,3 + 0,005 \cdot  t )$ $\pm(0,6 + 0,01 \cdot  t )$			
Рекомендуемый измерительный ток, мА для термометров с сопротивлением при 0 °С: 50 Ом, 100 Ом 500 Ом, 1000 Ом	1 0,3			
Время термической реакции $t_{0,5}$ , с (в воде 0,5 м/с) ТС ТСР	20 50			
Схема внутренних соединений	2-х, 3-х, 4-х проводная			
Степень защиты от воды и пыли ТС ТСР	IPX5 IP67			

1	2	3	4	5
Габаритные размеры, мм, не более				
- длина погружаемой части	50; 100; 150; 200; 250	30; 60; 80; 100; 150; 200; 250	150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1500	
- диаметр погружаемой части	6	6	10	
Масса, кг, не более	0,8	1,0	0,8 - 3	
Материал защитной арматуры	12X18H10E			
Условия эксплуатации:				
- диапазон температуры окружающего воздуха, °С	от - 40 до + 70 ( для ТС); от - 50 до + 85 (для ТСР)			
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	0 - 100			
Средний срок службы, лет, не менее	7			

Примечание:\* Диапазон измерений термометров с НСХ 50М, 100М - от минус 50 до 200 °С.

Таблица 3

Наименование характеристики	Значение характеристики			
Модификации	ТС728, ТСР728	ТС729, ТСР729	ТС731	ТС742, ТСР742
1	2	3	4	5
Диапазон измерений температуры, °С*	от - 100 до + 200; от - 50 до + 200; от - 70 до + 500; от - 100 до + 500		от - 50 до + 200; от - 100 до + 200	от - 50 до + 200; от - 50 до + 250; от - 100 до + 200
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	Pt100, Pt500, Pt1000, 50П, 100П, 50М, 100М			
Номинальное сопротивление термометров при 0 °С, Ом	50, 100, 500, 1000			
Температурный коэффициент сопротивления $\alpha$ , °С <sup>-1</sup> для Pt100, Pt500, Pt1000 для 50П, 100П для 50М, 100М	0,00385 0,00391 0,00428			
Класс допуска	В, С			
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С класс В класс С	$\pm(0,3 + 0,005 \cdot  t )$ $\pm(0,6 + 0,01 \cdot  t )$			

1	2	3	4	5
Рекомендуемый измерительный ток, мА для термометров с сопротивлением при 0 °С: 50 Ом, 100 Ом 500 Ом, 1000 Ом			1 0,3	
Время термической реакции $t_{0,5}$ , с (в воде 0,5 м/с) ТС ТСП			20 50	
Схема внутренних соединений	2-х, 3-х, 4-х проводная			
Степень защиты от воды и пыли ТС ТСП	IPX5 IP67			
Габаритные размеры, мм, не более - длина погружаемой части - диаметр погружаемой части - Д × Ш × Т	150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1500  10		120  3	14 × 19 × 3
Масса, кг, не более	1,0 - 3,2		0,3	0,8
Материал защитной арматуры	12X18H10E			
Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %	от - 40 до + 70 (для ТС); от - 50 до + 85 (для ТСП)  0 - 100			
Средний срок службы, лет, не менее	7			

Примечание: \*Диапазон измерений термометров с НСХ 50М, 100М - от - 100 до + 200 °С.

#### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационной документации типографическим способом и на корпус термометра в виде наклейки.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 4

Наименование	Количество
Термометр сопротивления	1 шт.
Паспорт	1 экз.

#### Поверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.461-2009 ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки.

**Основные средства поверки:**

- Термометры сопротивления платиновые эталонные ЭТС 100 3-го разряда;
- Термостат нулевой ТН-1М, неравномерность температуры в рабочем объеме термостата  $\pm 0,01$  °С;
- Термостат регулируемый ТР-1М, диапазон воспроизводимой температуры от 40 до 300 °С нестабильность поддержания температуры  $\pm 0,05$  °С, перепад температуры по вертикали не более 0,3 °С;
- Калибратор температуры АТС 650, диапазон воспроизводимой температуры от 10 до 650 °С, нестабильность поддержания температуры  $\pm 0,03$  °С, перепад температуры по вертикали 0,1 °С (при 50°С), 0,3 °С (при 320°С), 0,4 °С (при 650°С);
- Преобразователь сигналов ТС и ТП «Теркон»,  $\pm [0,0002 + 1 \cdot 10^{-5} \cdot R_{\text{ИЗМЕР}}]$  Ом  $\pm [0,0005 + 5 \cdot 10^{-5} \cdot U_{\text{ИЗМЕР}}]$  мВ.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

отсутствуют.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термометрам сопротивления ТС и ТСП**

ГОСТ 8.558-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры».

ГОСТ 6651-2009 «ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний».

Технические условия ТУ 4211-011-12023213-2009. Термометры сопротивления ТС и ТСП.

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Системы контроля» (ООО НПП «Системы контроля»)

ИНН 5903022533

Адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 31А

Тел./факс: +7 342 213 99 49

**Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Тел.: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

E-mail: info@vniim.ru

Web-сайт: http://www.vniim.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-05 от 29.12.2005 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п.

\_\_\_\_\_ 2018 г.

ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

6(шесть) ЛИСТОВ(А)

